

**BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG****Placering**

Terminal nr 2 Incheckningsdisk nr 6

**Objekt**

Kategori Elektronisk		Serienr. 500371
Fabrikat Atrax	Modell ABS-950+	Märkning UK2909
Kapacitet(kg) 150 Kg	Skaldelsvärde(ex 0,1 Kg) 0.1 Kg	

**Mätmetod**

Jämförande mätning med verifierade viktnormaler  
SWEDAC godkänd mätmetod FAB-KM1

**Spårbarhet**

RMP 01 SP i Borås eller DKD-K-11801 Kern i  
Tyskland

**Resultat**


Belastning inom vägningsområde				
Belastning (Kg)	Avläst före just	Avvikelse +/-	Avläst efter just	Avvikelse +/-
0,0	0	0		
10,0	10	0		
20,0	20	0		
30,0	30	0		
40,0	40	0		


(Tillåten avvikelse +/- 0,1 Kg)

**Övriga noteringar:**

Ok

**Provad av:**

Swedavia 	Datum 26/1 - 26
---	--------------------



Excentrisk belastning
Belastning: 20 kg

Belastn. pkt	Avläst före just	Avläst efter just
1	20	
2	20	
3	20	
4	20	

(Tillåten avvikelse +/- 0,1 Kg)