

**BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG****Placering**

Terminal 3 Incheckningsdisk nr 1

**Objekt**

Kategori Elektronisk		Serienr. 17F00385
Fabrikat Flintab	Modell 13-05L-10/47-11 D03P	Märkning
Kapacitet(kg) 200 Kg		Skaldelsvärde(ex 0,1 Kg) 0.1 Kg

**Mätmetod**

Jämförande mätning med verifierade viktnormaler  
 SWEDAC godkänd mätmetod FAB-KM1

**Spårbarhet**

RMP 01 SP i Borås eller DKD-K-11801 Kern i Tyskland

**Resultat**

Belastning inom vägningsområde				
Belastning (Kg)	Avläst före just	Avvikelse +/-	Avläst efter just	Avvikelse +/-
0,0	0,0	0	0,0	0
10,0	10,0	0	10,0	0
20,0	20,0	0	20,0	0
30,0	30,0	0	30,0	0
40,0	40,0	0	40,0	0

(Tillåten avvikelse +/- 0,1 Kg)


**Övriga noteringar:**


**Provad av:**

<i>Zu</i>	Datum 26/1 -26
-----------	-------------------

2	4
1	3

Bandriktning



Excentrisk belastning
Belastning: 20 kg

Belastn. pkt	Avläst före just	Avläst efter just
1	20,0	20,0
2	20,1	20,1
3	20,0	20,0
4	20,0	20,0

(Tillåten avvikelse +/- 0,1 Kg)