

BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG**Placering**

Terminal 3 Incheckningsdisk nr 4

Objekt

Kategori Elektronisk		Serienr. 17F0472
Fabrikat Flintab	Modell 13-056-10/47-11-D03P	Märkning
Kapacitet(kg) 200 Kg	Skaldelsvärde(ex 0,1 Kg) 0.1 Kg	

Mätmetod

Jämförande mätning med verifierade viktnormaler
 SWEDAC godkänd mätmetod FAB-KM1

Spårbarhet

RMP 01 SP i Borås eller DKD-K-11801 Kern i Tyskland


Resultat


Belastning inom vägningsområde				
Belastning (Kg)	Avläst före just	Avvikelse +/-	Avläst efter just	Avvikelse+/-
0,0	0,0	0	0,0	0
10,0	9,9	0,1	9,9	0,1
20,0	19,9	0,1	19,9	0,1
30,0	30,0	0	30,0	0
40,0	40,0	0	40,0	0

(Tillåten avvikelse +/- 0,1 Kg)

Övriga noteringar:

Provad av:

	Datum 26/1 - 26
---	--------------------



Excentrisk belastning
Belastning: 20 kg

Belastn. pkt	Avläst före just	Avläst efter just
1	19,9	19,9
2	19,9	19,9
3	19,9	19,9
4	19,9	19,9

(Tillåten avvikelse +/- 0,1 Kg)