BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG

Placering **Terminal 5**
Incheckningsdisk 1

Provningsdatum

Objekt

Kategori Elektronisk		Serienr 17f0393
Fabrikat Flintab	Modell 47-10	Kunds märkning
Kapacitet(kg)	Skaldelsvärde(ex 0,1)	

Mätmetod Jämförande mätning med verifierade viktnormaler

Spårbarhet **RMP 01 SP i borås eller DKD-K-11801 Kern i Tyskland**

Resultat

Belastning inom vägningsområde				
Belastning	Avläst före just	Avvikelse +/-	Avläst efter just	Avvikelse+/.
0,0	0	0	0	
10,0	9,6	-0,4	10	
20,0	19,3	-0,7	20	
30,0	28,7	-1,3	30	
40,0	38,1	-1,9	40	

Hörnbelastning
Med: 20 kg
Visningsenhet vid: A

A
2

4

1 3

Provad av:

Övriga noteringar:

Swedavia	**Datum** **2026/1/19**

Belastn. pkt	Avläst före just	Avläst efter just
1	8,7	10
2	9,4	10
3	9,9	10
4	10,2	10