BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG

Placering	**Terminal 5 Incheckningsdisk 2**
Provningsdatum	
Objekt	**Kategori Elektronisk** / **Serienr 17f0393** **Fabrikat Flintab** / **Modell 47-10** / **Kunds märkning** **Kapacitet(kg)** / **Skaldelsvärde(ex 0,1)**
Mätmetod	**Jämförande mätning med verifierade viktnormaler**
Spårbarhet	**RMP 01 SP i borås eller DKD-K-11801 Kern i Tyskland**

Resultat

Belastning inom vägningsområde				
Belastning	Avläst före just	Avvikelse +/-	Avläst efter just	Avvikelse+/.
0,0	0			
10,0	10			
20,0	20			
30,0	30			
40,0	40			

Hörnbelastning
Med: 20 kg
Visningsenhet vid: A



Övriga noteringar:

Swedavia	**Datum 2026/1/19**

Provad av:

Belastn. pkt	Avläst före just	Avläst efter just
1	20,5	10
2	20	10
3	20,1	9,9
4	20	9,9