BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG

Placering	**Centralbyggnaden Incheckningsdisk: 82**
Provningsdatum	

Objekt

Kategori Elektronisk		**Serienr** 1305L10/664
Fabrikat Flintab	**Modell** 47-10	**Kunds märkning**
Kapacitet(kg)	**Skaldelsvärde(ex 0,1)**	

Mätmetod **Jämförande mätning med verifierade viktnormaler**

Spårbarhet **RMP 01 SP i borås eller DKD-K-11801 Kern i Tyskland**

Resultat

Hörnbelastning
Med: 20 kg
Visningsenhet vid: A

Belastning inom vägningsområde				
Belastning	Avläst före just	Avvikelse +/-	Avläst efter just	Avvikelse+/.
0,0	0	0	0	
10,0	10	0	10	
20,0	19,7	-0,3	20	
30,0	29,7	-0,3	30	
40,0	39,7	-0,3	40	

Övriga noteringar:

Belastn. pkt	Avläst före just	Avläst efter just
1	20	20
2	19,2	20
3	19.9	20
4	19,3	20

Provad av:

Swedavia	**Datum 2026/11/19**